



Infusor® : administration d'antibiotiques avec une pompe à perfusion

Information destinée aux patients

INTRODUCTION	3
LE DÉROULEMENT DE VOTRE THÉRAPIE AVEC UN INFUSOR®	4
COMMENT SE PRÉSENTE L'INFUSOR® ?	5
À LA MAISON, COMMENT SAVOIR SI LE MÉDICAMENT EST ADMINISTRÉ COMME PRÉVU ?	6
À QUOI FAUT-IL ÊTRE ATTENTIF À LA MAISON PENDANT LE TRAITEMENT AVEC UN INFUSOR® ?	6
QUE FAIRE SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME PENDANT LE TRAITEMENT À DOMICILE ?	9
Il semble que l'Infusor® reste toujours aussi plein	
Il semble y avoir une fuite de liquide	
COMBIEN DE TEMPS DURE VOTRE TRAITEMENT AVEC UN INFUSOR® ?	13
COMMENT SAVOIR SI VOTRE INFUSOR® EST VIDE ?	13
QUE FAUT-IL FAIRE LORSQUE L'INFUSOR® EST VIDE ?	14
CONTACTS UTILES	15

Certains traitements aux antibiotiques sont administrés à l'aide d'un Infusor[®], également appelé « pompe à perfusion ».

Cette brochure vous explique le déroulement d'un traitement à l'aide d'un Infusor[®], les points à surveiller à la maison lorsque vous recevez un traitement par Infusor[®] et ce qu'il y a lieu de faire en cas de problème.

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter l'équipe hospitalière OPAT (voir plus loin les données de contact utiles).

LE DÉROULEMENT DE VOTRE THÉRAPIE AVEC UN INFUSOR[®]


L'antibiothérapie sera mise en route pendant votre séjour à l'hôpital. Elle se poursuivra ensuite à la maison avec l'Infusor[®].

Une ou deux fois par jour, l'infirmière à domicile viendra chez vous préparer l'Infusor[®] avec l'antibiotique et le brancher sur votre cathéter.

L'Infusor[®] délivrera votre traitement **progressivement et à la bonne vitesse**. Cette administration dosée vous assure un **dosage optimal** du médicament tout en limitant les effets secondaires.

L'Infusor[®] étant un petit flacon portable, vous pouvez poursuivre en grande partie vos activités quotidiennes pendant le traitement.

COMMENT SE PRÉSENTE L'INFUSOR®?



À LA MAISON, COMMENT SAVOIR SI LE MÉDICAMENT EST ADMINISTRÉ COMME PRÉVU ?

À l'intérieur de l'Infusor[®] se trouve un ballonnet contenant vos antibiotiques. Vous verrez qu'à la mise en route, le ballonnet de l'Infusor[®] est entièrement rempli de liquide et d'un peu d'air (comme sur la photo de la page précédente).

Dès le moment où l'Infusor[®] est raccordé à votre cathéter, le ballonnet se dégonfle lentement. En fonction de votre traitement, cela prendra 12 heures ou 24 heures. Votre médecin et votre infirmière à l'hôpital vous informeront à ce sujet.


Vous pouvez vérifier par vous-même que l'Infusor[®] fonctionne à la bonne vitesse en observant les lignes indicatrices sur le boîtier (voir la photo précédente).

À QUOI FAUT-IL ÊTRE ATTENTIF À LA MAISON PENDANT LE TRAITEMENT AVEC UN INFUSOR[®] ?

- À l'hôpital, on vous remet une **pochette** dans laquelle vous pouvez ranger votre Infusor[®]. La pochette se porte autour de l'épaule, comme le montrent les photos suivantes.
- Veillez à ce que le **tube** soit bien enroulé et ne puisse pas rester accroché à une poignée de porte ou une chaise, par exemple. Cela évite d'exercer une traction sur le tube ou sur l'aiguille du cathéter à chambre implantable s'il y en a un.



Une traction excessive peut endommager le tube, déloger le cathéter PICC ou faire sortir l'aiguille du cathéter à chambre implantable. Il peut en résulter une fuite de liquide.



- Veillez à ce que la **différence de hauteur** entre l'Infusor® et le cathéter reste plus ou moins la même. Cela permettra au liquide dans l'Infusor® de s'écouler en continu à la même vitesse. La nuit, placez l'Infusor® à côté de vous dans le lit ou éventuellement sous l'oreiller. Évitez de le poser sur une table de nuit ou sur le sol.



- Le **régulateur de débit** de l'Infusor® est actionné par votre **température corporelle**. L'infirmière à domicile collera le régulateur de débit de l'Infusor® sur votre peau. Assurez-vous que le régulateur de débit reste collé à votre peau et que l'Infusor® ne subisse pas de trop grands écarts de température.

C'est aussi important pour une vitesse d'écoulement constante. Il faut éviter des températures supérieures à 38°C (comme en plein soleil) ou un froid glacial. En hiver, veillez à porter l'Infusor® tout contre votre corps.

régulateur de débit



- Assurez-vous que l'Infusor® n'entre pas en contact avec l'eau. Rangez l'Infusor® dans un emballage en plastique lorsque vous prenez une douche. L'Infusor® ne doit pas être immergé.
- Veillez à ce que le pansement sur le cathéter reste sec et bien en place. L'infirmière (à domicile) appliquera un pansement stérile sur le point d'insertion de votre cathéter ou sur l'aiguille du cathéter à chambre implantable. Vérifiez régulièrement si le pansement et le sparadrap sont toujours bien en place. Utilisez de préférence un pansement en plastique si vous voulez prendre un bain ou une douche.



- Si votre état de santé le permet, vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes avec un Infusor® (par exemple, marcher, faire du vélo, travailler...). Ayez cependant à l'esprit que la pompe à perfusion doit être gardée au sec et ne pas être exposée à des températures extrêmes. Si vous avez un cathéter à chambre implantable, évitez les mouvements brusques avec le haut du corps. Cela pourrait avoir pour effet de déloger l'aiguille du cathéter.

QUE FAIRE SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME PENDANT LE TRAITEMENT À DOMICILE ?

IL SEMBLE QUE L'INFUSOR® RESTE TOUJOURS AUSSI PLEIN

- Vérifiez les lignes indicatrices de l'Infusor® pour voir s'il fonctionne à la vitesse souhaitée.
- Si l'Infusor® ne fonctionne pas à la vitesse souhaitée :
 - Il est fort peu probable qu'un **coude dans le tube de perfusion** empêche l'écoulement du médicament. Si le liquide n'est pas administré, vérifiez malgré tout s'il n'y a pas de coude dans le tube et éliminez-le si nécessaire.

- Vérifiez si le tube est fermé par le clamp. Si le tube est fermé, ouvrez le clamp.



Le tube est fermé par le clamp.



Le tube n'est pas fermé par le clamp.

- Vérifiez s'il y a du sang dans le tube. Il devrait disparaître lorsque vous éliminez le coude dans le tube ou que vous ouvrez le clamp.
- Si vous avez toujours l'impression que l'Infusor[®] reste aussi plein, contactez l'hôpital ou l'infirmière à domicile.

IL SEMBLE Y AVOIR UNE FUITE DE LIQUIDE

- Vous le remarquez au fait que le pansement du cathéter devient humide ou que des taches humides apparaissent sur vos vêtements ou votre peau.
- Une perte de liquide peut survenir à différents endroits du système. Vérifiez d'abord où se produit la fuite.

a) Du liquide s'écoule au niveau de l'aiguille du cathéter à chambre implantable ou du point d'insertion du cathéter PICC.

- ✓ Fermez le clamp sur le tube.
- ✓ Il ne faut JAMAIS remplacer vous-même un tube de cathéter PICC ou une aiguille de cathéter à chambre implantable. Désinfectez la peau avec un pansement stérile contenant 0,5% de chlorhexidine et recouvrez la peau d'un bandage stérile.
- ✓ Contactez votre infirmière à domicile ou l'hôpital.

b) Du liquide s'écoule au niveau du raccord entre le tube du cathéter et le tube de l'Infusor®.

- ✓ Le raccord s'est desserré **entièrement** :
 - Désinfectez vos mains avec du gel hydroalcoolique ou lavez-les soigneusement.
 - Fermez le clamp sur le cathéter à chambre implantable ou PICC.
 - Désinfectez les extrémités des deux tubes avec une solution d'alcool à 70%.
 - Reconnectez les tubes.
 - Contactez l'hôpital ou votre infirmière à domicile.
- ✓ Le raccord s'est desserré **en partie** :
 - Désinfectez vos mains avec du gel hydroalcoolique ou lavez-les soigneusement.
 - Prenez une compresse stérile, humidifiez-la avec une solution d'alcool à 70% et maintenez-la en dessous du raccord entre les deux tubes.
 - Essayez de resserrer un peu le raccord.
 - Lavez-vous les mains.
 - Vérifiez ensuite s'il y a encore du liquide qui s'écoule.
 - Si le problème n'est pas résolu, contactez l'hôpital ou votre infirmière à domicile.

c) Il y a une perte de liquide au niveau du tube (le tube semble cassé ou entaillé).

- ✓ Désinfectez vos mains avec du gel hydroalcoolique ou lavez-les soigneusement.
- ✓ Fermez le clamp sur le cathéter.
- ✓ Rangez l'Infusor[®] dans un sac bien fermé.
- ✓ Contactez immédiatement l'hôpital ou votre infirmière à domicile.

d) L'Infusor[®] est cassé.

- ✓ Désinfectez vos mains avec du gel hydroalcoolique ou lavez-les soigneusement.
- ✓ Fermez le clamp sur le cathéter.
- ✓ Rangez l'Infusor[®] dans un sac en plastique.
- ✓ Contactez immédiatement l'hôpital ou votre infirmière à domicile.

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter l'équipe hospitalière OPAT (voir plus loin les données de contact utiles).

COMBIEN DE TEMPS DURE VOTRE TRAITEMENT AVEC UN INFUSOR[®] ?

La durée totale de votre traitement dépend du type d'infection et de la durée de l'antibiothérapie que vous avez déjà reçue à l'hôpital.

La durée précise de votre traitement vous sera communiquée par vos soignants à l'hôpital.

COMMENT SAVOIR SI VOTRE INFUSOR[®] EST VIDE ?

À l'hôpital, le personnel soignant vous indiquera à l'avance la durée d'écoulement d'un Infusor[®]. Cette durée sera de 12 ou 24 heures, selon le type d'antibiotique qui vous est administré. Demandez à votre infirmière à domicile de noter sur l'Infusor[®] l'heure à laquelle débute l'administration.

L'Infusor[®] est complètement vide lorsque vous voyez huit « bulles » sur le ballonnet vide.

QUE FAUT-IL FAIRE LORSQUE L'INFUSOR[®] EST VIDE ?

Lorsque votre Infusor[®] est vide, on le déconnecte du cathéter. C'est votre infirmière à domicile qui s'en charge.

Après avoir déconnecté l'Infusor[®], l'infirmière à domicile prépare un nouvel Infusor[®] et le connecte à votre cathéter, et cela tant que l'antibiotique doit vous être administré.

Votre infirmière à domicile trouvera les informations nécessaires sur la déconnexion et la préparation d'un nouvel Infusor[®] dans la procédure de préparation destinée à l'infirmière à domicile, qui est jointe à l'appareil.

Tout le matériel dont votre infirmière à domicile aura besoin pour débrancher l'Infusor[®] vide et préparer et brancher un nouvel Infusor[®] sera fourni par la pharmacie de l'hôpital. Ce matériel de soins vous sera remis lorsque vous sortirez de l'hôpital.

CONTACTS UTILES

✓ L'équipe OPAT de l'hôpital :

- Par téléphone : +32 16 34 32 74 (joignable entre 8h30 et 16h30 les jours ouvrables)
- Par e-mail : OPAT@uzleuven.be. Votre demande sera traitée le plus rapidement possible, mais cela peut prendre jusqu'à 48 heures. Les e-mails ne sont pas lus pendant le week-end.

Cette brochure peut également être consultée sur
www.uzleuven.be/fr/brochure/700821.

© Juin 2024 UZ Leuven

Ce texte et ses illustrations ne peuvent être reproduits qu'avec l'accord du service Communication de l'UZ Leuven.

Conception et réalisation

Ce texte a été rédigé par la pharmacie de l'hôpital en collaboration avec le service Communication.

Cette brochure peut également être consultée sur www.uzleuven.be/fr/brochure/700821.

Les remarques ou suggestions concernant cette brochure peuvent être adressées à communicatie@uzleuven.be.

Éditeur responsable
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Louvain
tél. : 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Consultez votre dossier médical
sur nexuzhealth.com
ou téléchargez l'application

